

RELATÓRIO DE ANÁLISE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

**Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos odontológicos, para atender a demanda de pacientes atendidos nas unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete, conforme especificações relacionadas no item 18 e Anexo I do Edital**

Em análise do lote 1 item 1 a empresa Dental Universo Eirele foi desclassificada pois a descrição do prospecto do compressor ofertado menciona RPM de 1400 e segundo o edital a solicitação máxima solicitada foi de 860 RPM a Pressão máxima segundo o edital deveria ser de 125 PSI e no prospecto da empresa o informado é de 140PSI. Sendo assim este item foi frustrado por não haver mais propostas;

\*Em análise do lote 3 item 1 foi a empresa MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (EPP) foi desclassificado porque o prospecto menciona 400 aplicações de 15 segundos e no edital solicita "Mais de 600 aplicações por segundo". Assim o item foi repassado para a empresa Central Técnica Peças Serviços e Equipamentos Odontológicos LTDA que atendeu ao solicitado pelo edital;


\* Em análise do lote 10 item 1 a empresa MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (EPP) foi desclassificado porque o prospecto menciona somente uma capa, frequência de vibrações divergentes ao solicitado no edital; Assim este item foi repassado para Dental Universo Eirele que atendeu ao solicitado pelo Edital;

\* Em análise ao lote 11 item 1 a empresa MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (EPP) foi desclassificado devido ao prospecto sugerir "Montagem" (xerox) e divergente ao informado no site da empresa, onde menciona Rotação de 300.000 RPM (+ - 15%)=345000 RPM o que é divergente do edital que solicitou 350.000 RPM; Assim foi repassado para Dental Universo Eirele que também não atendeu ao solicitado ao edital por desconformidade do prospecto com edital, não possuindo informações do consumo de ar nem RPM, repassando na sequência para Central Técnica Peças Serviços e Equipamentos Odontológicos LTDA que por sua vez também não atendeu ao solicitado pelo edital não informando no prospecto o consumo de ar nem RPM. Restando apenas empresa BEAGA HOSPITALAR Eireli que também não atendeu à solicitação do edital citado anteriormente, frustrado assim este item;

\* Em análise ao lote 12 item 1 e item 2 a MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (EPP) foi desclassificado por não constar no prospecto as informações solicitadas no edital como o ângulo entre o eixo e o pescoço da cabeça de 20°. Repassando assim para a empresa Dental Universo Eirele que também não foi classificada pois no prospecto não constou as mesmas informações de ângulo entre eixo e pescoço da cabeça e RPM, Assim foi repassado para Central Técnica Peças Serviços e Equipamentos Odontológicos LTDA que também não cumpriu ao solicitado no edital sendo o item ofertado por ela não constava no edital o ângulo entre o eixo e o pescoço da cabeça de 20°. Sendo frustrado assim este item;

Os demais itens do lote estavam em conformidade com o Edital.


Conselheiro Lafaiete, 18/12/2020

  
Glayson da Silva Barbosa

CROMG 28019

  
Patrícia Gama Normandia da Costa

Matricula 51514

  
Raquel Miranda Nogueira Hofmamm

CROMG 33561



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**  
**Setor de Licitações**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**  
**ATA DE REUNIÃO – DATA: 18/12/2020– HORÁRIO – 09h30min.**  
**LICITAÇÃO: Pregão Presencial 051/2020 RP nº 041/2020 PRC: 140/2020**

**OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos odontológicos, para atender a demanda de pacientes atendidos nas unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete, conforme especificações relacionadas no item 18 e Anexo I do Edital.**

**No auditório do Edifício Solar Barão do Suaçuí, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio da Secretaria de Administração, diante dos demais presentes constantes ao final desta ata, reuniram-se para dar andamento à finalidade descrita acima.**

No dia dezoito de dezembro do ano de dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos, no auditório do Edifício Solar Barão do Suaçuí, reuniram-se o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria nº 1.571/2019, juntamente com os representantes da Secretaria Municipal de Saúde, Sras. Patrícia Gama Normandia da Costa, Raquel Miranda Nogueira Hofmann e Sr. Glayson da Silva Barbosa, para a abertura do Processo Licitatório nº 140/2020 – Modalidade Pregão Presencial nº 051/2020 – RP nº 041/2020. Dando início aos trabalhos, o Pregoeiro recebeu e procedeu ao exame dos documentos de credenciamento oferecidos pelos representantes das empresas interessadas, visando à comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição do Licitante, na seguinte conformidade:

Nº	EMPRESA	CNPJ DA EMPRESA	REPRESENTANTE	DOCUMENTO DO REPRESENTANTE (CPF)
1	CENTRAL TÉCNICA PEÇAS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (ME)	41.684.846/0001-75	DANIELLE GRILLO RIBEIRO BRANDÃO	030.662.636-57
2	DENTAL UNIVERSO EIRELI (EPP)	26.395.502/001-52	FABRÍCIO GERALDO ASSIS	066.975.736-51
3	BEAGÁ HOSPITALAR EIRELI (ME)	10.478.755/0001-50	GUTTEMBERG HENRIQUE SILVA	027.070.896-05
4	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (EPP)	38.259.748/0001-86	-	-

A documentação de credenciamento das empresas interessadas estava de acordo com o Edital, ficando assim credenciados seus representantes acima descritos. A licitante MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (EPP) protocolizou no Setor de Licitações, via correio, a documentação para participação no certame, proposta comercial e habilitação, sem comparecimento de representante para credenciamento. As documentações de credenciamento foram rubricadas pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos representantes das licitantes presentes. As empresas apresentaram a documentação exigida no Edital para se utilizar dos benefícios da Lei Complementar 123/2006 e suas alterações. O Pregoeiro encerrou a fase de credenciamento. Em seguida, recebeu dos representantes das empresas os envelopes de proposta e documentação que foram rubricados no lacre pelo Pregoeiro e a Equipe de Apoio, bem como pelos representantes das licitantes. Dando continuidade, foram abertos os envelopes de propostas, cujo teor foi rubricado pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e representantes das licitantes. Foram classificadas as propostas de menor preço, bem como aquelas que tiveram valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), conforme item 10.2.4 do Edital e, quando necessário, as propostas que se enquadraram no disposto no item 10.2.4.1 do Edital. Foram procedidas as desclassificações dos itens das propostas conforme quadro abaixo:

EMPRESA	LOTES	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
CENTRAL TÉCNICA PEÇAS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (ME)	01, 07 e 10	Itens cotados acima da média prévia.
DENTAL UNIVERSO EIRELI (EPP)	02, 03, 04, 08 e 09	Itens cotados acima da média prévia.
BEAGÁ HOSPITALAR EIRELI (ME)	01 e 12	Itens cotados acima da média prévia.

Observada a ordem classificatória, foi iniciada a fase de lances, sendo que ao término dos lances e da negociação, o resultado do certame foi o registrado no quadro abaixo, conforme valores unitários e totais constantes dos mapas de apuração de propostas e lances emitidos anteriormente à fase de habilitação:

LOTES	EMPRESAS VENCEDORAS
01, 05 e 06	DENTAL UNIVERSO EIRELI (EPP)
02, 04 e 08	BEAGÁ HOSPITALAR EIRELI (ME)
03, 07, 10, 11 e 12	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (EPP)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**  
**Setor de Licitações**

Com relação ao lote nº 09, o mesmo restou deserto, vez que não acudiram propostas válidas relativas ao item, sendo tal circunstância comunicada aos representantes da Secretaria Solicitante para adoção das providências cabíveis. Dando prosseguimento, o Pregoeiro passou para a fase de abertura do envelope de documentos de Habilitação das empresas classificadas. A conferência e análise dos documentos de habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e relativos à regularidade fiscal e trabalhista foram realizadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, verificando-se que as documentações das licitantes DENTAL UNIVERSO EIRELI (EPP), BEAGÁ HOSPITALAR EIRELI (ME) e MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (EPP) estavam de acordo com as exigências editalícias contidas nos itens 9.1, 9.2 e 9.3 a 9.5 do Edital. A conferência e análise dos documentos de qualificação técnica (item 9.6.1 do Edital), bem como a análise dos prospectos para verificação de conformidade dos produtos com o descritivo dos itens previsto no instrumento convocatório (item 9.7 do Edital) foi realizada com assessoramento dos representantes da Secretaria Municipal de Saúde, os quais, após exame dos documentos apresentados pelas licitantes, emitiram Relatório concluindo que as licitantes atenderam às exigências contidas no Edital, referentes aos lotes em relação aos quais foram declaradas vencedoras, ressalvadas as seguintes exceções, conforme fundamentos constantes do aludido Relatório:

Reprovações – Análise de prospectos (item 9.7)	
EMPRESA	LOTES
DENTAL UNIVERSO EIRELI (EPP)	01
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (EPP)	03, 10, 11 e 12

Diante disso, foi declarada a desclassificação das licitantes acima indicadas, em relação aos lotes supra discriminados. Nos termos do item 10.4.7, procedeu-se à verificação das condições de habilitação e conformidade das propostas remanescentes. Em relação ao lote nº 01, o mesmo foi declarado fracassado, haja vista a desclassificação da única proposta válida relativa ao lote. Tal circunstância foi comunicada aos representantes da Secretaria solicitante do certame, para adoção das providências cabíveis. Em relação aos demais lotes, procedeu-se com a verificação dos requisitos de habilitação e conformidade das especificações das propostas, de acordo com a ordem classificatória, na seguinte conformidade:

Análise da Qualificação Técnica (item 9.6.1) e dos Prospectos (item 9.7) - Repasses						
LOTE	2ª Colocação	Resultado	3ª Colocação	Resultado	4ª Colocação	Resultado
03	CENTRAL TÉCNICA PEÇAS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (ME)	Habilitada	-	-	-	-
10	DENTAL UNIVERSO EIRELI (EPP)	Habilitada	-	-	-	-
11	DENTAL UNIVERSO EIRELI (EPP)	Desclassificada por desconformidade de especificação técnica (item 9.7)	CENTRAL TÉCNICA PEÇAS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (ME)	Desclassificada por desconformidade de especificação técnica (item 9.7)	BEAGÁ HOSPITALAR EIRELI (ME)	Desclassificada por desconformidade de especificação técnica (item 9.7)
12	DENTAL UNIVERSO EIRELI (EPP)	Desclassificada por desconformidade de especificação técnica (item 9.7)	CENTRAL TÉCNICA PEÇAS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (ME)	Desclassificada por desconformidade de especificação técnica (item 9.7)	-	-

Em relação aos lotes nº 01, 11 e 12, os mesmos foram declarados fracassados, haja vista a desclassificação de todas as propostas válidas relativas aos lotes. Tal circunstância foi comunicada aos representantes da Secretaria solicitante do certame, para adoção das providências cabíveis. Registra-se que foi aberto o envelope de habilitação da licitante CENTRAL TÉCNICA PEÇAS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (ME), para conferência das condições de habilitação decorrentes dos repasses acima indicados, sendo os respectivos conteúdos rubricados pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos representantes das licitantes presentes. Registra-se, ademais, que as licitantes beneficiárias de repasses atenderam aos requisitos editalícios de habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e relativos à regularidade fiscal e trabalhista (itens 9.1, 9.2 e 9.3 a 9.5 do Edital). No tocante à qualificação técnica (itens 9.6.1 a 9.6.3), bem como à verificação de conformidade dos produtos com o descritivo dos itens previsto no instrumento convocatório (item 9.7 do Edital), verificou-se o atendimento integral aos requisitos editalícios somente em relação às empresas acima discriminadas na condição de Habilitadas, constando do Relatório anexado aos autos os fundamentos para as desclassificações declaradas quanto às demais licitantes. Diante disso, após a realização dos repasses, o resultado definitivo do certame foi o registrado no quadro abaixo, conforme valores unitários e totais constantes do mapa de apuração final anexado aos autos:

EMPRESAS VENCEDORAS	LOTE
BEAGÁ HOSPITALAR EIRELI (ME)	02, 04 e 08
CENTRAL TÉCNICA PEÇAS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (ME)	03



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**  
**Setor de Licitações**


DENTAL UNIVERSO EIRELI (EPP)	05, 06 e 10
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (EPP)	07
FRACASSADOS	01, 11 e 12
DESERTOS	09


Comunicadas as licitantes acerca do resultado, não houve nenhuma manifestação para interposição de recursos contra as decisões do Pregoeiro. Ausentaram-se no decorrer da sessão os representantes das licitantes BEAGÁ HOSPITALAR EIRELI (ME) e CENTRAL TÉCNICA PEÇAS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (ME), conforme declarações anexadas ao processo. Não houve manifestação para interposição de recursos contra as decisões do Pregoeiro. Serão anexados ao processo os mapas de proposta, de lances e de apuração. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio, pelos representantes da Secretaria Municipal de Saúde e pelo representante da licitante.


  
Kildare Bittencourt Dutra  
Pregoeiro


  
Alisson Dias Laureano  
Equipe

  
Kenia Beraldo de Carvalho Xavier  
Equipe

  
Paulo Henrique de Carvalho Bittencourt  
Equipe

  
Patrícia Gama Normandia da Costa  
Representante da Secretaria Municipal de Saúde

  
Raquel Miranda Nogueira Hofmann  
Representante da Secretaria Municipal de Saúde

  
Glayson da Silva Barbosa  
Representante da Secretaria Municipal de Saúde

  
DENTAL UNIVERSO EIRELI (EPP)  
FABRÍCIO GERALDO ASSIS