



Home

Sala de Disputa

Editais e Processos

Atas e Documentos

Recursos

Esclarecimentos

Impugnações

Apenados / Impedidos

Contratações - PNCP

ETP

Pesquisar Preços

← **CONSULTAR IMPUGNAÇÃO**

Nome do
Usuário
**DANILO
ZACHARI**

Participante
**GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA
EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA**

Solicitação

Solicitação criada às 11:46 em 16/05/2024

AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Processo Licitatório nº 031/2024 Pregão Eletrônico nº 009/2024 Registro de Preço nº 003/2024 GE
HealthCare do Brasil Comércio e Serviços para Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda., inscrita
no CNPJ: 00.029.372/0002-21, estabelecida na Cidade de Campina Verde Contagem, Estado de
Minas Gerais, situada na Rua Vereador Joaquim Costa nº 1405, Galpão 07, vêm, respeitosamente,
apresentar impugnação ao Processo Licitatório nº 031/2024 - Pregão Eletrônico nº 009/2024 -
Registro de Preço nº 003/2024, fundamentado na Lei nº 14.133/2021, bem como no Item 12.1 –
As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até três dias úteis anteriores à
data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio de formulário eletrônico
no portal BBMNET (<https://www.novobbmnet.com.br/>), link “editais e resultados” e
posteriormente “impugnar”. EM ANEXO

Documentos da Solicitação

DOCUMENTOS

Impugnação 14.133 20.pdf



VOLTAR

AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Processo Licitatório nº 031/2024

Pregão Eletrônico nº 009/2024

Registro de Preço nº 003/2024

GE HealthCare do Brasil Comércio e Serviços para Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda., inscrita no CNPJ: 00.029.372/0002-21, estabelecida na Cidade de Campina Verde Contagem, Estado de Minas Gerais, situada na Rua Vereador Joaquim Costa nº 1405, Galpão 07, vêm, respeitosamente, apresentar impugnação ao **Processo Licitatório nº 031/2024 - Pregão Eletrônico nº 009/2024 - Registro de Preço nº 003/2024**, fundamentado na Lei nº 14.133/2021, bem como no Item 12.1 – As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio de formulário eletrônico no portal BBMNET (<https://www.novobbmnet.com.br/>), link “editais e resultados” e posteriormente “impugnar”.

Inicialmente, destaca-se que o Artigo 5º da Lei Nº 14.133/2021, conforme destaque abaixo, preconiza a observância estrita dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, igualdade, julgamento objetivo, competitividade, entre outros, de modo a assegurar a competitividade nos procedimentos licitatórios, a não discriminação entre os licitantes buscando garantir a igualdade de condições a todos os interessados, e a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração. Assim, quanto mais propostas apresentadas, maiores as chances de a Administração selecionar o objeto de melhor qualidade pelo menor preço. Se assim não fosse, não haveria razão de tal procedimento, o qual, dada a importância, é regido por lei específica.

“Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro)”.

Ainda, nos termos do Artigo 9 da mesma Lei Nº 14.133/2021:

Art. 9º É vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos, ressalvados os casos previstos em lei:

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, situações que:

a) comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades cooperativas;

(...)

A inclusão de um maior número de empresas qualificadas no certame, conforme preconiza a nova legislação, de maneira que não comprometa a qualidade dos serviços ou produtos a serem adquiridos, amplia a concorrência e favorece a obtenção do melhor preço aliado à qualidade requerida pela Administração. Ainda, os procedimentos licitatórios consistem em instrumento para afastar a arbitrariedade na seleção de propostas e promover uma competição justa entre todos os concorrentes, primando, acima de tudo, pela supremacia do interesse público.

Diante do exposto, a GE HealthCare solicita a revisão do **item impugnado**, a fim de alinhá-lo aos preceitos legais da Lei nº 14.133/2021, garantindo a lisura e a equidade no processo licitatório.

DAS RAZÕES DO ESCLARECIMENTO

REFERENTE AO ITEM 47 – ULTRASSOM

Descritivo técnico:

Onde lê-se: Armazenamento de imagens em disco rígido (1TB).

Alterar para : Armazenamento em disco rígido (500 GB).

Justificativa: O HD (disco rígido) dos equipamentos de ultrassom são particionados, parte está para o armazenamento de imagens e outra para o processamento dos dados.

Não é recomendado que o equipamento seja considerado o local para armazenamento das imagens. Por segurança a recomendação é que sejam feitos backups constantes das imagens dos equipamentos de ultrassom. A sobre carga de armazenamento no equipamento pode gerar lentidão e mal funcionamento do aparelho. Caso a instituição tenha o objetivo de armazenamento de longo prazo das imagens, sugerimos solicitar dentre os acessórios a serem fornecidos, um “HD externo com capacidade de 1 TB”. Assim o dispositivo pode funcionar como um backup mais seguro.

Onde lê-se: Faixa dinâmica elevada de até 300 dB

Alterar para: Faixa dinâmica elevada de até 260 dB

Justificativa: A faixa dinâmica determina a quantidade de tons de cinza que a imagem possui. Faixa dinâmica de 260 dB garantem um padrão excelente de imagem para 256 tons de escala de cinza que correspondem a ultrassonografia.

Podemos afirmar que um equipamento com número inferior em faixa dinâmica pode desempenhar melhor que os outros com faixa dinâmica mais elevados, pois a presença dos softwares de melhoramento de imagem que atuam em especial na redução de ruídos e artefatos, permitem visualizar com clareza e definir pequenas estruturas.

Dessa maneira, tal alteração não trará nenhum prejuízo clínico e tão pouco administrativo para o órgão

Onde lê-se: No mínimo 1.000.000 de canais de processamento digital.

Alterar para: No mínimo 200.000 de canais de processamento digital

Justificativa: O número de canais digitais de processamento é calculado através de algoritmos próprios definidos de forma individual por cada fabricante. Isoladamente um alto número de canais de processamento não garante melhor desempenho, pois cada fabricante possui uma fórmula diferente de quantificá-los. Logo, para diferentes fabricantes, o número de canais de processamento não caracteriza que um equipamento é superior em qualidade, processamento ou tecnologia de aquisição em relação a outro de mesma categoria.

Tendo em vista nossos argumentos podemos participar com nosso equipamento que possui aproximadamente 200.000 canais de processamento?

Onde lê-se: Bateria com no mínimo 1 hora e 30 min de autonomia fora da anergia

Alterar para: Bateria com no mínimo 40 min de autonomia fora da anergia.

Justificativa: De modo a manter a isonomia do certame e garantir a ampla participação de licitantes, sugerimos a alteração do trecho acima. Um equipamento com autonomia de 40 minutos é completamente suficiente para atender toda e qualquer demanda exigida numa rotina diagnóstica.

A alteração irá permitir a concorrência igualitária, através da participação de mais licitantes que podem atender

o item com equipamentos reconhecidos pela ótima qualidade diagnóstica, tal qual a GE healthcare.

Onde lê-se: “penetração de imagem de no mínimo 35 cm”

Alterar para: “penetração de imagem de no mínimo 33 cm”

Justificativa: Sugerimos uma alteração de apenas 2 cm da profundidade máxima. De modo a permitir maior participação de interessados no certame. A especificação da maneira que se encontra restringe a participação de diversas empresas que se interessam pelo processo. A GE é uma das maiores fabricantes de equipamentos médicos e a que mais investe em novas tecnologias para ultrassonografia no Brasil e no mundo. Nos interessamos em participar da cotação prévia, no entanto, para que possamos participar atendendo integralmente as especificações é necessário que algumas características sejam melhor esclarecidas conforme sugerido.

Questionamos: Tendo em vista o exposto acima podemos participar desta forma?

2 - Edital menciona:

3.2. O prazo para entrega do material será de **05 (dias) dias úteis** contados da data de recebimento da Ordem de Fornecimento, prorrogável em caso de comprovada necessidade.

Informamos: Pela análise do edital percebe-se que tal prazo não se mostra factível de cumprimento. Conforme se denota do descritivo técnico do Equipamento, este contém diversas peculiaridades. Por conta disto, as empresas não o fabricam para mantê-los em estoque já que, além de gerar custos, inexistiria a previsibilidade de saída/venda (assim, pouco interessante no aspecto comercial). É bastante difícil que alguma empresa consiga viabilizar a entrega do equipamento e todos os acessórios que o compõem no prazo de 05 dias úteis contados do recebimento da Ordem de Fornecimento. Vislumbrando um aspecto prático mais realista, solicitamos a possibilidade de o prazo de entrega do edital ser alterado para 60 (sessenta) dias.

Questionamos: Tendo em vista o exposto acima podemos participar desta forma?

3 - Edital menciona:

8. SUBCONTRATAÇÃO

8.1. Não será permitida a subcontratação do objeto.

Questionamos: A Assistência Técnica prestada por representante autorizado é considerada como subcontratação?

4 - Edital menciona:

12.3. No acionamento da garantia, o tempo de resposta para prestação de atendimento técnico deve ser inferior a 12 horas úteis após a abertura do chamado.

12.4. O tempo de resposta para resolução de problemas técnicos, no acionamento da garantia, deve ser inferior a 36 horas úteis após a abertura do chamado de assistência técnica.

Informamos: A Assistência Técnica, durante o prazo de garantia, será prestada, preferencialmente, no ambiente da entidade adquirente ou nos locais por ela indicada, por funcionários especializados, mas vale ressaltar que disponibiliza atendimento técnico remoto em até 4 horas úteis. Durante esse atendimento possível é a solução de muitos casos. Caso esse atendimento não seja suficiente, será realizado a visita ao site em até 24 horas úteis. Em casos de menor probabilidade que não haja peça disponível em nosso estoque, há necessidade de importação de peça que será notificada ao cliente. Esse prazo pode ser de até 15 dias. Eventualmente, quando esse prazo se exceder, a GE Healthcare não está responsável pelo pagamento de



serviços executados a terceiros. Caso isso ocorra, automaticamente o equipamento perde a garantia. Esse processo viola as regras da GE Healthcare e pode colocar os pacientes da instituição em risco.

Questionamos: Tendo em vista o exposto acima podemos participar desta forma?

Importante ressaltar que tais alterações, em nada afetarão a qualidade e execução dos exames, do contrário, caso seja a mesma aceita, possibilitará a participação do maior número de participantes, o que, consequentemente aumentará as chances desta r. Administração obter produto com melhor preço e com a qualidade que se faz necessária.

Diante de todo o exposto, de modo a possibilitar a ampliação do número de licitantes em futuros processos licitatórios e, consequentemente, o alcance da melhor proposta ao Poder Público, requer à esta Ilustre Administração que sejam acatadas as nossas sugestões.

Permanecemos à disposição para esclarecimentos adicionais, aguardando resposta oficial no prazo estipulado em legislação e edital.

Atenciosamente,

Sem mais,

Contagem/ MG, 16 de maio de 2024.

DANILA
BATISTA
SILVA:3568
71903858

Assinado de
forma digital por
DANILA BATISTA
SILVA:3567190385
8
Dados: 2024.05.16
11:10:02 -03'00'

MIRIAM
DE JESUS
BICHO:29565
80689865

Assinado de
forma digital por
MIRIAM DE JESUS
BICHO:295806898
65
Dados: 2024.05.16
11:37:19 -03'00'

**GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO- HOSPITALARES
LTDA**